

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
ALLEGATO D - CAPITOLATO TECNICO PRELIMINARE

Fornitura di n. 2 ecografi carrellati top di gamma per terapia intensiva

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato tecnico preliminare disciplina, ai fini dell'indagine esplorativa, il fabbisogno relativo a n. 2 ecografi digitali carrellati top di gamma/fascia alta, destinati alle U.O. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri di Castrovillari e Rossano.

Art. 2 - Configurazione

Ciascun sistema dovrà essere completo di carrello, monitor, pannello operativo, batteria, moduli software, connettività DICOM/PACS, accessori e almeno dei tre trasduttori descritti nell'Avviso. La configurazione dovrà essere pronta all'uso clinico.

Art. 3 - Requisiti tecnico-funzionali

Si richiamano integralmente i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dell'Avviso, che costituiscono parte integrante del presente Capitolato. Sono ammesse soluzioni equivalenti ai sensi dell'art. 79 e dell'Allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 - Consegna, installazione e collaudo

La fornitura dovrà comprendere trasporto, consegna, installazione, configurazione, collegamento alla rete/PACS ove tecnicamente possibile e previo coordinamento con i servizi aziendali, nonché collaudo/verifica di funzionalità presso le sedi di destinazione.

Art. 5 - Formazione

Dovrà essere assicurato l'addestramento iniziale del personale sanitario utilizzatore, in misura adeguata alla piena e sicura operatività dei sistemi e delle applicazioni avanzate.

Art. 6 - Garanzia e assistenza

L'operatore dovrà descrivere durata e condizioni della garanzia e dell'assistenza full-risk, tempi di intervento, disponibilità di assistenza tecnica, aggiornamenti software inclusi e disponibilità dei ricambi. Le condizioni definitive saranno precisate nell'eventuale richiesta di preventivo/affidamento.

Art. 7 - Documentazione

- schede tecniche ufficiali e configurazione completa;
- dichiarazioni di conformità e marcatura CE ove applicabili;
- manuali d'uso;
- documentazione DICOM;
- documentazione relativa a pulizia, disinfezione e sanificazione;
- evidenze tecniche per eventuali equivalenze;
- documentazione sulle prove di robustezza/norme dichiarate dal fabbricante.

Art. 8 - Valore massimo

Il valore complessivo massimo stimato per n. 2 sistemi completi è pari a € 130.000,00 IVA esclusa.

Art. 9 - Natura preliminare

Il presente Capitolato è predisposto per la fase esplorativa. L'ASP potrà precisare aspetti tecnici ed esecutivi nell'eventuale successiva richiesta di preventivo, senza alterare il fabbisogno essenziale e nel rispetto del principio di equivalenza.